Stalift Esri Blue Wayup met mechanisch onderstel (actieve tillift)

(Technische) kenmerken:

- maximaal gewicht patiënt 150kg
- afmetingen (b x h x d) : 92 x 130 x 75 cm
- mechanische spreidstand van de poten gaat van 75cm tot 92 cm.
- gewicht : 33 kg
- oplaadtijd 3 à 4 uur

Omschrijving:

Optimaal sta-op comfort

De Blue Wayup is een compacte en gebruiksvriendelijke tillift die zorgt voor een gemakkelijke transfer van de meeste patiënten.

Ze zijn ontworpen voor patiënten met beperkte mobiliteit maar die nog tijdelijk kunnen steunen op minstens één been (een minimale spierspanning van de patiënt is veriest), en die behoefte hebben aan mechanische hulp om naar een staande houding te gaan en om te worden verplaatst. Vooral voor transfer van een bed naar een stoel of van een stoel naar een toiletstoel te vereenvoudigen.

Gebruiksaanwijzing:

Batterijen

- Zorg dat de batterij op voorhand voldoende wordt opgeladen.
- Om niet voor onverwachtse problemen te komen staan, best vb. het toestel ‘s nachts laten laden. Het kan geen kwaad als de batterij langer in de lader blijft zitten dan nodig is voor een laadbeurt.

- U kan op de display aan de voorkant van de batterij zien of de batterij opgeladen is.
- Let op toestel werkt niet terwijl het aan het opladen is

Veiligheid

- De lift is voorzien van drukremmen op de wielen. Door deze naar beneden te drukken, kan de lift niet meer verplaatst worden.
- Beneden aan de tillift is er een voetpedaal. Door hierop te drukken met de voet, spreidt het onderstel zich en daardoor vergroot de stabiliteit. Drukt men vervolgens op de andere zijde van dit voetpedaal, sluit het onderstel zich weer.
- Aan de voorkant van de batterij vindt u een rode noodknop. Door deze in te drukken, stopt de lift onmiddellijk met tillen of dalen. Hierdoor kan in noodgevallen schade vermeden worden. De noodstop terug ontgrendelen door deze terug uit te trekken.
- De stalift is bedoeld om mensen te tillen, gebruik het niet voor andere doeleinden
- Controleer of het gewicht van de patiënt niet hoger is dan het maximumgewicht dat kan worden getild door de stalift
- Bedien de stalift door op de handgrepen te drukken, nooit door de patiënt te duwen. Bedien de stalift op vlakke en gladde oppervlakken. Gebruik geen elketrische stalift in een douche.

Het gebruik van een patiëntengordel of –doek

Opmerking vooraf: Het wordt ten stelligste aanbevolen de lift enkel te laten gebruiken door geschoold verplegend personeel. De uitleendienst is niet verantwoordelijk voor ongevallen die voortvloeien uit het verkeerdelijk gebruik van dit toestel !

- Met een actieve tillift kan je enkel van een zittende naar een zittende positie worden gebracht. Vanuit een liggende positie rechtkomen met een actieve tillift kan niet.
- Als je zit, doet de zorgverlener je een tilband aan. Die komt onder je oksels en wordt met een borstband ook rond je borst bevestigd. De zorgverlener bevestigt de band met twee lussen aan de tillift.
- Plaats je benen op de voetenplaat van de tillift, je scheenbenen steunen tegen de beensteun.
- Neem de tillift met beide handen vast.
- De zorgverlener laat je rustig omhoog komen, en rijdt je vervolgens met de tillift naar je stoel/toiletstoel/zetel/bed waar hij of zij je rustig neerzet.
- Doordat je onderlichaam vrij blijft, is het gemakkelijk om eventueel onderkledij aan of af te doen bij een toiletbezoek.

Reinigen / onderhoud:

- Alle bewegende delen zijn zelfsmerend en dus onderhoudsvrij.
- Ondanks dat de liften werden voorzien van een duurzame laklaag, mogen deze in geen geval gereinigd worden m.b.v. agressieve (schuur) producten.
- Een vochtige doek volstaat voor de reiniging na dagelijks gebruik.
- Het ontsmetten gebeurt na uitleen bij de uitleendienst door bevoegd personeel.
- De meegeleverde gordel(s) (sling) kunnen uitgewassen worden in de wasmachine op 60 °C.